



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle  
tel. +48 774 062 530, faks +48 774 062 567

Kędzierzyn – Koźle, dnia 26 maja 2020r.

AZ-P.2020.10

### Uczestnicy postępowania

## Pytania i wyjaśnienia do treści siwz

W związku z zapytaniem złożonym w postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: **Dostawę ambulansu typu C dla SPZOZ Kędzierzyn – Koźle.**

### Pytanie 1.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach ?

### Wyjaśnienia:

Sposób dostawy ambulansu zamawiający określił w SIWZ, ust. 3.2. pkt 4.

### Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

### Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

### Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza ambulans z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia oraz spełniający pozostałe wymagania określone w SIWZ

### Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści radioodtwarzacz z USB zamiast CD ?

### Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza radioodtwarzacz z USB zamiast CD.

**Pytanie 5.**

Zamawiający wymaga wskaźnika zużycia klocków hamulcowych, co jest rozwiązaniem stosowanym wyłącznie w samochodach jednej marki. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z tego wymogu ?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający rezygnuje z przedmiotowego wymagania.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę i jest zgodnie z wymogami normy PN EN 1789+A2:2015 ?

**Wyjaśnienia:**

Tak. Zamawiający wymaga ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania radioodtworacz ze sterowaniem pod kołem kierownicy, co spełnia wymogi normy PN EN 1789+A2:2015 i podnosi bezpieczeństwo prowadzenie pojazdu przez kierowcę?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie wymaga, zamawiający dopuści opisane wyżej sterowanie radioodtworaczem.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuszcza fotel u wezłowania noszy bez funkcji przesuwu ?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie dopuszcza fotel u wezłowania noszy bez funkcji przesuwu.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę w terminie 70 dni. ?

Wyjaśniamy ,że w związku COVID-19 występują trudności z dostępnością miejsc produkcyjnych zabudowy oraz brak sprzętu medycznego u poddostawców.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie dokona zmiany termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności, aby do oferty załączyć schemat zabudowy ścian potwierdzony przez fabrykę zabudowującą wymienioną w świadectwie zgodności pojazdu skompletowanego WE posiadającą procedury ISO oraz certyfikat TUV ?

**Wyjaśnienia:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzny stopień wejściowy do przedziału sterowany elektrycznie tzw. obrotowy ?

**Wyjaśnienia:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów ?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia okresu gwarancji w proponowanym zakresie.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuści Ambulans wyłącznie z tylnymi czujnikami parkowania, gdyż przednie czujniki są mało przydatne dla kierowcy i niepotrzebnie znacznie podnoszą cenę pojazdu o ok. 3000 zł?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający wymaga wyposażenia pojazdu w przednie i tylne czujniki parkowania.

**Pytanie 15**

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest „Furgon – lakier w kolorze żółtym RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający wymaga koloru żółtego. Zamawiający dopuszcza RAL1016.

**Pytanie 16**

Czy dopuszcza się ambulans z reflektorami głównymi LED o szerokiej wiązce światła zamiast funkcji doświetlania zakrętów przez światła przeciwmgielne ?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający dynamiczny silnik, zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 spełniający normę emisji spalin Euro VI.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający dopuszcza ambulans, który spełni opisane powyżej normy oraz wymagania określone w SIWZ.

**Pytanie 18**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans w białym kolorze nadwozia ?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający wymaga ambulansu w kolorze żółtym.

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający dopuści ambulans z radioodtwarzaczem montowanym w kabinie kierowcy, z głośnikami w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym, bez odtwarzacza CD natomiast z odtwarzaczem MP3/USB oraz funkcją bluetooth?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 20**

Dot. pkt. XI ppkt 2 3.

Prosimy o dopuszczenie szafki z miejscem na drugi plecak ratunkowy, montowanej za fotelem na ścianie prawej, szafka z systemem umożliwiającym korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu- wysuwana szuflada. Poniżej dodatkowy, zamykany schowek na wyposażenie medyczne z jedną półką.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21**

Z uwagi na wymóg w postaci DMC do 3,5t oraz opisane w SIWZ pozostałe minimalne parametry, prosimy o umożliwienie zaoferowania zestawu naprawczego do uszkodzonych opon zamiast ambulansu wyposażonego w koło zapasowe. Zobowiązujemy się dostarczyć ambulans przygotowany do montażu koła zapasowego, natomiast koło zapasowe dostarczymy niezamontowane.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający dopuszcza.