



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567, e-mail: zaopatrzenie@e-szpital.eu

SPZOZ.AZ.2020.306

Kędzierzyn-Koźle 13.08.2020r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeglądy techniczne oraz pozostałe czynności serwisowe mające na celu utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej sprzętu i aparatury medycznej na terenie wszystkich obiektów SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle – 13 zadań- AZ-P.2020.16, wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 1 zadanie 1

Prosimy o wydzielenie poz. 2 z Zadania nr 1 w celu uzyskania jak najlepszych ofert dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”.

Pytanie 2 zadanie 6

Prosimy o wydzielenie poz. 13,19,23,42,59,60,68,77 z Zadania nr 6 w celu uzyskania jak najlepszych ofert dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”.

Pytanie 3 zadanie 9

Prosimy o wyłączenie z pakietu 1i urządzenia nr 5 - Myjnia dezynfektornia INNOWA 4 do osobnego zadania. To urządzenie nie pochodzi od producenta pozostałych urządzeń w tym zadaniu – firmy Getinge. Taka zmiana i wyłączenie urządzenia z pakietu pozwoli na złożenie nam oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”.

Pytanie 4

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał aktualnych certyfikatów dla pracowników wykonujących zadanie ? Zapewni to profesjonalne wykonanie umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem Rozdziału III pkt 4.2 ppkt. a) SIWZ „Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania”.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

p.o. Zastępcy Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
ds. Medycznych

lek. Jacek Mazur

.....
Pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego
powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.