



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 774 062 530, faks +48 774 062 567

Kędzierzyn-Koźle, dnia 16 listopada 2020r

SPZOZ.AZ-P.2020.28

Uczestnicy postępowania

Pytania i wyjaśnienia do treści siwz – II

1. W związku z zapytaniem złożonym w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: **Dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe.**

Zadanie częściowe nr 1 - Łóżka z materacem z pompką – 34 szt.

Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko spełniające poniższy opis?
 - Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości.
 - Podstawa łóżka ramiona wznoszące podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża
 - Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a podwoziem wynosząca 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych
 - Długość całkowita: 2180 mm
 - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 995 mm (wymiar leża 900x2000mm)
 - Leże łóżka czterosegmentowe z czego 3 segmenty ruchome
 - Zasilanie elektryczne 220/230 V
 - Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353
 - Elektryczne regulacje:
 - segment oparcia pleców 0-70° z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu,
 - segment uda 0-35°,
 - kąt przechyłu Trendelenburga 0-15°
 - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-15°
 - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym.
 - Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 370 do 735 mm
 - Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 30 sekund

- Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny
Optyczny wskaźnik podłączenia do sieci. W celu bezpieczeństwa pacjenta pilot z możliwością blokady tylko funkcji Tenedelenburga oraz blokady całego pilota.
- Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona przy segmencie pleców.
- Autokontur segmentu oparcia pleców i uda
- Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta
- Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odcinane bez użycia narzędzi
- Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150 mm
- tworzywowe szczyty w formie jednorodnego, tworzywowego odlewu, o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, szczyty o grubości min 20mm, odcinane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, wyposażone w dwa wyprofilowane uchwyty ułatwiające transport stanowiące około 70% długości szczytu, szczyty odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
- Barierka lakierowana proszkowo, wykonana z 3 profili stalowych owalnych o wysokości 35 mm i grubości 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku,
- Wysuwana część podpierająca szczyt od strony nóg, tworząca półkę do odkładania pościeli
- Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne
- W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka
- Łóżko wyposażone w stalowe uchwyty materaca przy dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn
- Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
- Bezpieczne obciążenie 250 kg potwierdzone przez niezależny podmiot
- Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża)
- Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów 6 kolorów. Kolor ramy łóżka biały
- Elementy wyposażenia łóżka:
 - materac w pokrowcu wodoodpornym paroprzepuszczalnym o grubości 10cm
 - wieszak na kroplówkę
 - uchwyt na basen
 - uchwyt na kaczkę.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka opisanego powyższymi parametrami.

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w zakresie:

1.) Rozdział XIV ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zaleca się, aby ofertę przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu – Sekretariat, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, do dnia 19.11.2020r. do godz. 10:00.** pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny zwłoki (art. 84 ust. 2 Pzp).”

2.) Rozdział XIV ust. 14.4. (tabela), otrzymuje brzmienie:

„OFERTA na: „Dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe” – Postępowanie nr AZ-P.2020.28, Nie otwierać przed **19 / 11 / 2020r.** Godz. 10:30.”

3.) Rozdział XIV ust. 14.5., otrzymuje brzmienie:

„Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego: **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pokój nr 19, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, dnia 19.11.2020r. o godzinie 10:30.**”

3. Mając na uwadze powyższe modyfikacje oraz zapisy art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
 4. Powyższa odpowiedź i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.
-