



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567, e-mail: zaopatrzenie@e-szpital.eu

Kędzierzyn-Koźle 13.01.2021r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dotyczy postępowania 1170/AZ/2020 prowadzonego w trybie do 30.000 euro na dostawę ssaków dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu nr 1.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 1 a) Ssak elektryczny, pkt. 2, 3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak elektryczny o podciśnieniu maksymalnym 95 kPa oraz z wydajnością ssania do 45 l na minutę z płynną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych parametrów w kolumnie „parametry oferowane”

Pytanie 2 a) Ssak elektryczny, pkt. 2, 3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak elektryczny o podciśnieniu maksymalnym 93 kPa oraz z wydajnością ssania do 45 l na minutę z płynną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych parametrów w kolumnie „parametry oferowane”

Pytanie 3 a) Ssak elektryczny, pkt.5:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak z precyzyjnym ustawianiem podciśnienia za pomocą regulatora przepływowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych parametrów w kolumnie „parametry oferowane”

Pytanie 4, a) Ssak elektryczny, pkt.7:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z bezolejową, membranową pompą próżniową o dużej wydajności i bezawaryjności? Pompa nie wymaga konserwacji i objęta jest sześcioletnią gwarancją producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych parametrów w kolumnie „parametry oferowane”

Pytanie 5 a) Ssak elektryczny, pkt.8:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z trwałą obudową z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem typu klik i wskaźnikiem zasilania LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych parametrów w kolumnie „parametry oferowane”

Pytanie 6 a) Ssak elektryczny, pkt.10:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z wielostopniowym zabezpieczeniem przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,2 litra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych parametrów w kolumnie „parametry oferowane”

Pytanie 7 a) Ssak elektryczny, pkt.12:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z włącznikiem/ wyłącznikiem nożnym na kablu, nie wbudowanym w podstawę jezdnią? Zaoferowane rozwiązanie pozwala na umieszczenie włącznika/wyłącznika nożnego w dowolnym miejscu, wygodnym dla personelu, tak, by osoba obsługująca urządzenie nie musiała odwracać uwagi od pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych parametrów w kolumnie „parametry oferowane”

Pytanie 8 a) Ssak elektryczny, pkt. 13, 14:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak ze zbiornikiem 2 l z poliwęglanu wielorazowym, skalowanym co 100ml do wkładów jednorazowych o pojemności 2 l z uchwytem naszynowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych parametrów w kolumnie „parametry oferowane”

Pytanie 9 a) Ssak elektryczny, pkt. 16:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak o masie 21 kg wraz z wózkiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych parametrów w kolumnie „parametry oferowane”

Pytanie 10 b) Ssak próżniowy, pkt. 1:

Czy Zamawiający wymaga regulatora próżni montowanego bezpośrednio do punktu poboru czy też regulatora próżni montowanego do szyny?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie i dopuszcza obydwa powyższe rozwiązania.

Pytanie 11b) Ssak próżniowy, pkt. 3:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z pułapką wodną o pojemności 50 ml? Pojemność tego elementu nie ma znaczenia, ponieważ pełni tylko i wyłącznie funkcję zabezpieczającą przed zalaniem, pojemnik nie zbiera wydzieliny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych parametrów w kolumnie „parametry oferowane”

Pytanie 12:

Prosimy Zamawiającego o określenie jaki rodzaj wtyku wymaga, tj. AGA czy DIN oraz o informację czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z ssakami pojemników na wydzielinę oraz drenów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wtyku typu AGA oraz będzie wymagał dostarczenia wraz z ssakami pojemników na wydzielinę oraz drenów.

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część przedmiotowego postępowania i stają się wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Jarosław Kończyło

.....
Kierownik zamawiającego